

Umstellung der Konstanzprüfung auf DIN 6868-4:2021-03

Vollständige Abnahmeprüfung nach DIN 6868-150:2013-06 (incl. DFP-Messgerät und digitaler Bildempfänger) vorhanden?

☐ Ja:

Umstellung von DIN 6868-13/DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

☒ **Nein**, DIN 6868-150 ohne Dokumentation DFP-Messgerät:

- ☞ TAP DFP-Messgerät mit einreichen
- ☞ Umstellung von DIN 6868-13/DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

☒ **Nein**, DIN 6868-150 ohne Dokumentation digitaler Bildempfänger/visuelle Prüfung:

- ☞ AP/TAP Bildempfänger nach DIN 6868-150 mit einreichen
- ☞ Umstellung von DIN 6868-13/DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

☒ **Nein**, es liegt nur eine Abnahmeprüfung nach §16 RöV vor

- ☞ Es muss eine neue vollständige Abnahmeprüfung nach DIN 6868-150 mit allen Prüfpunkten durchgeführt werden
- ☞ danach Umstellung von 6868-13 / DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

Muss die neue DIN 6868-4 bei Teilabnahmeprüfungen an bestehenden Geräten (vor 01.04.21 in Betrieb genommen) angewandt werden?

☒ **NEIN**

Erfolgen Teilabnahmeprüfungen an bestehenden Geräten (Altgeräten), darf die alte Norm 6868-4 oder DIN 6868-13 mit altem Prüfkörper weiter angewandt werden. *

Muss bei Teilabnahmeprüfungen an bestehenden Geräten ein Prüfkörper nach DIN 6868-4:2021-03 (entspricht dem Prüfkörper nach der DIN 6868-150:2013-06, Anhang A) für die Konstanzprüfung verwendet werden?

☒ **NEIN**

Erfolgen (Teil)Abnahmeprüfungen an bestehenden Geräten (Altgeräten) dürfen neben den neuen Prüfkörpern auch die alten Prüfkörper nach DIN 6868-4:2007-10 oder DIN 6868-13:2012-03 für die Konstanzprüfung weiterverwendet werden.

Die Konstanzprüfung (KP) ist jedoch mit den vollständigen Prüfpositionen nach DIN 6868-4:2021-03 durchzuführen (z. B. Ergänzung DFP). *

* Quelle: FAQ's ÄSt. Hessen