

Aktivimeter

Prüfintervall	Kennmerkmal	
Zusätzlich in Richtlinie gefordert	Prüfung des Molybdändurchbruchs nach Anlieferung des Generators durch entsprechende Messung vorhanden?	
arbeitstäglich	Nulleffekt mit und ohne Probenhalter in einer Nuklideinstellung	
	Ansprechvermögen mit radioaktiver Prüfeinrichtung in einer Nuklideinstellung	
halbjährlich	Systemlinearität in einer Nuklideinstellung	

Quellen: DIN 6855-11 (2016)
RL StrlSchMed (2011) 6.1.4.4