

Bohrloch

| Prüfintervall | Kennmerkmal | |
|-----------------|---|--|
| arbeitstaglich | Nulleffekt fur eine Energieeinstellung | |
| | Energiefenster | |
| | Zahlausbeute mit einem langlebigen Strahler | |
| halbjahrlich | Bestimmung der Kalibrier-/ Bohrlochfaktoren/Verhaltnis der Kalibrierfaktoren (falls vorhanden) | |

Quellen: DIN 6855-1 (2009)
RL StrlSchMed (2011) 6.1.4.3