

## C-Bogen

Prüfintervall	Kennmerkmal	
Prüfung bei BV-Format:		
Abnahmeprüfung		
vierteljährlich	Dosisleistung	
	Nutzstrahlenfeld	
	Auflösung	
	Kontrast	