

PET-CT

Prüfintervall	Kennmerkmal	
	Abnahmeprüfung	
arbeitstäglich	Normalisierung überprüfen / daily Check	
halbjährlich	Abbildungseigenschaften (transversale Auflösung, Abbildungsmaßstab, soweit zutreffend)	
	Kalibrierung	
	Übereinstimmung der Abbildungsebenen/OFFSET	

Konstanzprüfungsunterlagen zum CT

Häufigkeit	Kennmerkmal	
monatlich/vierteljährlich	Reproduzierbarkeit der Tischpositionierung	

Quellen: DIN 6858-1 (10-2014)
RL StrlSchMed (2011) 6.1.4.2