

## PET

Prüfintervall	Kennmerkmal	
	Abnahmeprüfung	
arbeitstäglich	Normalisierung überprüfen / daily check	
halbjährlich	Abbildungseigenschaften (transversale Auflösung, Abbildungsmaßstab, soweit zutreffend)	
	Kalibrierung	

Quellen: DIN 6855-4 (11-2016)  
RL StrlSchMed (2011) 6.1.4.2