

## Planare Gammakamera

| Prüfintervall   | Kennmerkmal   |  |
|-----------------|---|--|
|                 | Abnahmeprüfung  |  |
| arbeitstaglich | Untergrundzahlrate   |  |
|                 | Energiefenster fur alle verwendeten Nuklide mit einer nicht kollimierten Punktquelle |  |
| wochentlich    | Homogenitat mit oder ohne Kollimator   |  |
| monatlich       | Ausbeute mit Referenzstrahler   |  |
| halbjahrlich   | Abbildungsbedingungen (Abbildungsmastab, Ortsauflosung und Linearitat)             |  |
|                 | Bei Ganzkorperzusatz – <b>mit mehreren Punktquellen</b>                              |  |
|                 | Auflosungstest mit Ganzkorperzusatz   |  |

Quellen: DIN 6855-2 (2013-01)  
 RL StrlSchMed (2011) 6.1.4.1