

Intraoperative Sonde

Prüfintervall	Kennmerkmal	
arbeitstäglich	Nulleffekt für eine Energieeinstellung Quelle: RL StrISch in der Medizin vom 19.10.2011	
	Ausbeute mit einem geeigneten Prüfstrahler Quelle: DIN 6855-1	