

Bewertungsschema ÄST Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)

Bericht	Zertifikat	Stufe	WVZ	Art der Beanstandung	ZÄS-Einstufung	KP-Intervall 3 Mon
positiv	Ja	1	24 Mon.	ohne Beanstandung	I	Ja
negativ	Nein	2	24 Mon.	geringfügig	II	Ja
	Nein	2.1	12 Mon.	mäßig	II	Ja
	Nein	3	6 Mon.	erheblich	III	Ja/Nein
	Nein	4	6 Mon.	schwerwiegend	IV	Ja/Nein

Allgemeine Voraussetzung für ein Zertifikat:

Das geprüfte Gerät ist ein Röntgenaufnahmegerät, mit dem Menschaufnahmen nach LL erstellt werden.

Konstanzprüfungs-Intervall:

Bei gültiger Sachverständigenprüfung kann — wenn alle Werte der KP in den letzten 3 Monaten im Toleranzbereich lagen und die entsprechende Bewertung durch die ÄSt. vorliegt, eine vierteljährliche KP erfolgen.

Bei neuer Bezugswertfestlegung kann, wenn alle Werte im Toleranzbereich lagen, auch ohne Prüfung durch die ÄSt. ein vierteljährliches Intervall erfolgen.