Konstanzprüfung bei digitalen Bildempfängersystemen nach DIN 6868-13

Prüfung nach DIN 6868-13 **Gerät:** _____ **GID:** _____ **Standort:** _____

Digitales System _____ Belichtungsautomatik _____ kV

Begründung für Teilabnahme: _____

Aufnahme: freie Belichtung _____ kV

Bezugswerte festlegen im Rahmen einer

- ❒ Abnahmeprüfung am: _____
- ❒ Teilnahmeprüfung am: _____

Datum/Unterschrift: _____

Kenngrößen		Bezugswerte min.		Bezugswerte max.	Prüfergebnisse											
Freie Einstellung FE	Dosis [Gy]															
	Dosisindikator															
	Optische Dichte															
	Leuchtdichte [cd/m²] / Pixelwert															
Belichtungs-automatik BA	Dosis [Gy]															
	Dosisindikator															
	Optische Dichte															
	Leuchtdichte [cd/m²] / Pixelwert															
BA oder FE	Ortsauflösung [mm^{-1}]															
	Dynamiktreppe auflösbar															
	Kontrastauflösung															
	Artefakte															
	Abweichung _____															
	Licht-/ Strahlenfeld		|a| + |b| ≤ _____cm													
			|c| + |d| ≤ _____cm													
				Bestanden												
				Datum												
				Prüfer												